デタミナー　コントロール CL　麻疹 IgG 用

【使用目的】

本品は「デタミナーCL　麻疹 IgG」用の精度管理試料として使用します。

【用量及び用法（操作方法）】

1. 本品をそのままご使用下さい。
2. 使用方法の詳細は、免疫発光測定装置「全自動化学発光免疫測定装置 CL-JACK」、「全自動化学発光免疫測定装置 CL-JACK RK」（およびそれらと同等以上の性能を有する機器）の取扱説明書、「デタミナーCL　麻疹 IgG」の添付文書を参照して下さい。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 本品は「デタミナーCL　麻疹 IgG」専用のコントロールです。他の目的に使用できません。
2. 本品はヒト由来成分が含まれています。HBs 抗原、HCV 抗体、HIV-1 及び HIV-2 抗体が陰性であることを確認していますが、これらのウイルスおよび他のウイルスを完全に否定できないため、感染の危険性があるものとして患者検体と同様に取扱って下さい。検査にあたっては感染の危険を避けるために使い捨ての手袋・実験着・保護用眼鏡等を着用して下さい。また口によるピペッティングは行わないで下さい。
3. 本品を誤って目や口に入れたり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けて下さい。
4. 本品はアジ化ナトリウム（0.1%未満）を含有しております。アジ化ナトリウムは、爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄する場合は十分な水で洗い流して下さい。
5. クロスコンタミネーションによる誤差を防止するために、異なる濃度のコントロールをサンプリングする際にはチップを交換して下さい。
6. 使用後はしっかりと蓋を閉めて貯蔵方法に従って保存して下さい。
7. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないで下さい。
8. 製造番号の異なる試薬を混ぜて使用しないで下さい。
9. 試薬の外観に異常がある場合は使用しないで下さい。
10. 使用済み器具などは、廃棄または次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素濃度約 1,000ppm、1 時間以上浸漬）やグルタールアルデヒド（2%、1 時間以上浸漬）による消毒処理、あるいはオートクレーブ（121℃、20 分以上）による滅菌処理を行って下さい。

11. 本品および器具等を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法などの規定に従い、処理して下さい。
12. 本品が飛散した場合は、手袋を着用し、ペーパータオル等でよく拭き取って下さい。また使用した手袋や拭き取りに用いたペーパータオル等は、上記 10. 11.に従って処理・廃棄して下さい。

【貯蔵方法・有効期間・包装単位】

1. 貯蔵方法：2～8℃（冷暗所）
2. 有効期間：12ケ月
   （キット外装に記載されている使用期限内に使用して下さい）
3. 包装単位：2 濃度　1.5mL 用×各 1 本
   商品コード：59754-4

【表示値】

項目	表示値範囲（抗体価）
陰性コントロール	～
陽性コントロール	～

【問い合わせ先】

協和メデックス株式会社　学術担当
〒104-6004　東京都中央区晴海 1-8-10
ダイヤルイン 03-6219-7608

【販売元】

協和メデックス株式会社
東京都中央区晴海 1-8-10

【製造販売元】

株式会社いかがく
京都市伏見区羽束師古川町 328
TEL 075-933-6060